multi-com

FAVORIT PLUS

VAH v seznamu

dezinfekční přípravek na nástroje

Kombinovaný přípravek pro dezinfekci a čištění
Koncentrát

Jednotlivé balení	Přepravní balení	REF
kanystr 10 litrů	2 × 10 litrů	REF 32025
láhev 1 litr	1 × 1 litr	REF 27939



- Tekutý koncentrát pro ruční dekontaminaci zdravotnických nástrojů
- Velmi dobrá materiálová snášenlivost, šetrný při použití, nekorozivní
- Nefixuje bílkoviny (krev) a má velmi dobré čisticí vlastnosti
- Široké spektrum účinnosti (bez aldehydů, kyseliny peroctové a oxidů chloru)
- Inovativní, osvědčené složení, moderní účinné látky, příjemná vůně
- Vhodný i do ultrazvukových lázní, s ochranou proti korozi

Ověřená, spolehlivá účinnost
Zařazen v seznamu VAH, široké spektrum účinnosti včetně bakterií, virů, plísní a TBC.

Šetrný k lidem i materiálům
Vysoká materiálová snášenlivost, bezpečné kombinace účinných látek, šetrný k pokožce a klinicky ověřený.

Pohodlné použití
Snadná aplikace, jednoduché dávkování, praktické velikosti balení a vysoká hospodárnost.

Účinný a rychlý
Krátké doby působení, zasychá beze zbytků.

Nástroje

Popis produktu

Koncentrát bez aldehydů pro ruční čištění a preventivní dezinfekci zdravotnických nástrojů a zdravotnických prostředků určených k opakovanému zpracování.
Mimořádně šetrný k materiálům, vhodný do ultrazvukové lázně.
UFI: ECS2-M04K-G106-R4N3

Použití

Vhodný pro lékařské a stomatologické ordinace, kliniky, domovy pro seniory, ošetřovatelské a záchranné služby, pedikérská, kosmetická a tetovací studia. Pouze pro profesionální uživatele. Vhodný i do ultrazvukové lázně při pokojové teplotě. Není vhodný pro konečnou dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických prostředků! Obsahuje enzymy.

Vyrobeno v Německu: odpovědná a udržitelná výroba.

Praktická velikost balení šetří obalový materiál, náklady na dopravu i zdroje.

Doby působení

Bakterie dle EN 13727, EN 14561, VAH (vysoká zátěž)	1,5 % **15 min.**	1,0 % **60 min.**
Candida albicans dle EN 13624, EN 14562, VAH (vysoká zátěž)	1,5 % **15 min.**	1,0 % **60 min.**
Bakterie a Candida albicans v ultrazvukové lázni dle EN 14561 a EN 14562 (vysoká zátěž)	1,0 % **5 min.**	
Omezeně virucidní (obalené viry, např. HBV, HIV, HCV, koronaviry) dle DVV/RKI, EN 14476 a EN 17111 (vysoká zátěž)	1,5 % **15 min.**	
Účinný proti polyomavirům dle EN 14476 (nízká zátěž)	4,0 % **60 min.**	
Tuberkulózní bakterie a mykobakterie (M. terrae a M. avium) dle EN 14348 a EN 14563 (nízká zátěž)	4,0 % **30 min.**	3,0 % **60 min.**

CE 0124 MD 0 °C 40 °C

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch, Tel.: +49 (0) 6251 866980 0

multi-com GmbH
Hagener Allee 3
22926 Ahrensburg
Německo

Telefon
DE: +49(0)4102 80 79 0
AT: +43(0)1 20 55 55

Web
multi-com.de
multi-com24.at

PREMIUM QUALITY · MADE IN GERMANY

více informací

/00/2025 2025-11 IB-04-170468 Rev. 05

FAVORIT PLUS dezinfekční přípravek na nástroje

Kombinovaný přípravek pro dezinfekci a čištění

multi-com

Chemicko-fyzikální údaje

Hustota: 1,010 g/ml
pH: 9,30 ± 0,10

Účinné látky

100 g obsahuje: 4,4 g didecyldimethylamonium-chloridu, 2,75 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu. Nařízení (ES) č. 648/2004: obsahuje 5–15 % neiontových povrchově aktivních látek, < 5 % kationtových povrchově aktivních látek, < 5 % solí EDTA, parfémové složky, enzymy.

Pokyny k použití

Koncentrát zřeďte vodou o teplotě 10 až 30 °C (minimálně v kvalitě pitné vody); použijte dávkovací láhev nebo dávkovací zařízení. Při silném znečištění zdravotnické prostředky vhodné k dezinfekci ponořením nejprve mechanicky očistěte a poté je pokud možno v otevřeném stavu vložte do pracovního roztoku. Všechny dezinfikované povrchy a dutiny musí být pracovním roztokem zcela smáčeny. Pracovní roztok obnovujte podle stupně znečištění (doporučení RKI: alespoň každý pracovní den). Po uplynutí doby působení dezinfikované předměty důkladně opláchněte, přednostně demineralizovanou vodou, a osušte. Nemíchejte s čisticími ani jinými dezinfekčními prostředky! Dodržujte doporučení výrobců nástrojů pro jejich opakované zpracování. Velmi dobrá snášenlivost se všemi běžnými materiály nástrojů (např. nerezová ocel, ocel, pryž, diamantové brousky, různé plasty, např. PMMA, POM, EPDM). U nových materiálů předem ověřte snášenlivost. Pracovní roztok lze likvidovat vypuštěním do odpadních vod. Přesně dodržujte dávkování i doby působení a nesnižujte je. Vyvarujte se také předávkování s ohledem na životní prostředí a materiálovou snášenlivost.

Dávkovací pomůcky

Klíč na kanystry, výpustný kohout na kanystry, pumpa na kanystry, rozprašovací láhev o objemu 1 litr.

Informace a označení

Viz etiketa a doplňující informace.

Doba použitelnosti

42 měsíců od data výroby.

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladovací teplota: 0–40 °C.

Odborné posudky

Naše produkty jsou vědecky zkoumány a testovány nejnovějšími metodami. Na vyžádání vám rádi zašleme odborné posudky.

Bezpečnostní pokyny

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů. Obsahuje didecyldimethylamonium-chlorid,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Pokyny k likvidaci

Obal odevzdejte k recyklaci pouze zcela vyprázdněný. Zbytky přípravku likvidujte pod kódem odpadu EAK 07 06 99.

Hlášení závažných nežádoucích příhod

Veškeré závažné nežádoucí příhody, k nimž došlo v souvislosti s produktem, musí uživatel/pacient oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



Nebezpečí

Další informace, dezinfekční plány a dávkovací tabulky ke stažení snadno a pohodlně přímo na multi-com.de

Tabulka ředění koncentrátů

Pracovní roztok	1,0 %	2 %	3,0 %	4,0 %
1 litr	10 ml konc. 990 ml vody	20 ml konc. 980 ml vody	30 ml konc. 970 ml vody	40 ml konc. 960 ml vody
2 litry	20 ml konc. 1980 ml vody	40 ml konc. 1960 ml vody	60 ml konc. 1940 ml vody	80 ml konc. 1920 ml vody
3 litry	30 ml konc. 2970 ml vody	60 ml konc. 2940 ml vody	90 ml konc. 2910 ml vody	120 ml konc. 2880 ml vody
5 litrů	50 ml konc. 4950 ml vody	100 ml konc. 4900 ml vody	150 ml konc. 4850 ml vody	200 ml konc. 4800 ml vody
10 litrů	100 ml konc. 9900 ml vody	200 ml konc. 9800 ml vody	300 ml konc. 9700 ml vody	400 ml konc. 9600 ml vody